




«Tasdiqlayman»

“Sho‘rtan gaz kimyo majmuasi” MChJ
Bosh direktor urinbosari

F. Quvatov

«21» 12 2021 y



“ShGKM Medservis” soglomlashtirish markazi

Fizoterapiya davolash bulimiga Suv ostida umurtqani chuzish moslamani xarid qilish va urnatib berish uchun

TEXNIK TOPSHIRIQ

ShGKM 2021 yil

UMUMIY MA'LUMOTLAR

I. NOMLANISHI

“ShGKM Medservis” sog'lomlashtirish markaziga Suv ostida umurtqani chuzish moslamani xarid qilish va urnatib berish

II. TIBBIY BUYUMLAR VA VOSITALARNI OLISHDAN ASOS VA MAQSAD.

Asos : Bildirgi .

“ShGKM Medservis” sog'lomlashtirish markaziga suv ostida umurtqani chuzish moslamani Fizoterapiya davolash bulimida foydalanish uchun

III. TIBBIY BUYUMLAR VA VOSITALAR TAVSIFI

Gabarit o'lchamlari (DxShxV), mm, ko'targich 2600x1010x1050

Gabarit o'lchamlari (DxShxV), mm ko'targichsiz 2100x800x620

Standartli komplektatsiya vannasi massasi, kg

vanna massasi 200 dan ortiq komplektatsiyaga qarab o'zgartirilishi mumkin

Ko'targich massasi, kg 85

Vannaning umumiy hajmi, l 1200 ± 5%

Vannaning foydali hajmi, l 800 ± 5%

Quvurning issiqlik va suq suvi 3/4 "

Vannani to'ldirish vaqti, ming * Etkazib beruvchi quvurda suv bosilganda 4,5 bor. 9±1

Vannani suzish vaqti, ming 6-7

“Tezkor quyish ” funksiyasi *, ming 2,5

quyish tishchasi diametri, mm 50

Termometr ko'rsatkichlarining haqiqiy suv temperaturasidan, ° S ± 2

Bemorning uzatish jarayonida eng ko'p o'sish 195 sm 135 kg

Omurtqani uzatish kuchi, kg 7 dan 60 gacha

Shlangdagi bosim PDM, * bor 1 dan 5 gacha (diametri kichik sifatdagi)

Nominal kuchlanish, V 220-240

PDM uchun gidronasosning nominal iste'mol qilinadigan quvvati *, Vt 1100 gacha

Nominal iste'molchilik quvvati aerokompressor *, Vt 700

Shu darajasi, dBA * 55

Nasos quvvati (f)

Suv ostida umurtqani chuzish moslama vannasi Qurilgan havo kompressori 900 l/ming (40 °)

Hajmi 330 l

IV. TIBBIY BUYUMLAR VA VOSITALARNI SAQLASH, QADOQLASH, ORTISH VA JO'NATISH TALABLARI

Sotuvchi buyumni jo'natish va tashish vaqtida butunligicha, zarar yetmagan holda to'g'ri va xavfsiz qadoqlash majburiyatini oladi.

V. TIBBIY BUYUMNI TOPSHIRISH VA QABUL QILISH TALABLARI, BUYURTMACHINI QO'SHIMCHA TALABLARI

Buyum shikastlanmagan, saqlash, va tashish sharoitlariga to'g'ri kelgan holda qadoqni buligi buzilgan yoki buyum shikaslanganda yetkazib beruvchi tomonidan yangisiga almashtirib beriladi.



VI. TIBBIY BUYUMNING YETKAZIB BERISH DAVOMIYLIGI, MUDDATI VA HAJMI BO'YICHA TALABLAR

Yetkazib berish hajmi: "ShGKM Medservis" sog'lomlashtirish markazining talabnomasiga asosan.

Yetkazib berish muddati: shartnoma imzolangan kundan boshlab 45 kun ichida yetkazib berishi zarur.

VII. MOLIYALASHTIRISH MANBASASI

«Shurtan gazkimyo majmuasi» MChJ ning o'z mablag'lari

VIII. TIBBIY BUYUMNING YETKAZIB BERISH MANZILIGA BO'LGAN TALABLAR

Yetkazib berish manzili:

DAP – O'zbekiston Respublikasi, Qashqadaryo viloyati, G'uzor tumani, Sho'rtan qo'rg'oni 180300

IX. BUYURTMACHIGA YETKAZIB BERILGAN TOVARLAR TO'G'RISIDA TAQDIM QILINADIGAN HUJJATLAR

Sifat sertifikatlari, saqlash sharoitlari. Uskuna va jixozni ishlab chiqarilgan pasporti (Rus tilida ko'rsatmalar); Ishlatilish qullanmasi.

X. SAQLASH SHAROITI, TAQDIM ETILADIGAN SIFAT KAFOLATIGA BO'LGAN TALABLAR

Buyumning sifati amaldagi standartlarga mos kelishi shart, ishlab chiqaruvchining buyumning muvofiqlik sertifikatini taqdim etishi talab etiladi.

XI. TAQDIM ETILADIGAN MA'LUMOTLAR TO'G'RISIDAGI TALABLAR

- Taqdim etiladigan texnik takliflar davlat tilida bo'lishi;
- Sertifikatlar taqdim etilishi zarur (ISO-9001, 14001, 50001, OHSAS 18001 xalqaro sertifikatlari, ishlab chiqaruvchining sifat sertifikatlari va/yoki tan olingan laboratoriyalar va sinov markazlarining sifat sertifikatlari
- Ishlab chiqaruvchi haqida umum mavjud ma'lumotlar (kompaniya sayti).

Izoh: bandlar to'g'ri to'ldirilganlik va to'ldirilmaganlik uchun tayyorlovchi mas'ul.

TAYYORLADI :

Poliklinikasi bosh shifokori:

Z.Beknazarov

SS va ~~SH~~X boshlig'i :

Z.Rashidov

ShGKM Med Servs sog'lomlashtirish markazi shifokori :

O.Rajabov

ShGKM Med Servs sog'lomlashtirish Markazi hamshirasi :

N.Rajabova

