




“TASDIQLAYMAN”

“Shurtan GKM” MChJ
Bosh metrologi



H. Mahmudov
2022 yil.

**“Shurtan GKM” MChJda mavjud Ultratovushli tijoriy gaz sarfini o'lchash asboblari
metrologik attestatsiyadan o'tkazishga**

TEXNIK TOPSHIRIQ

ShGKM — 2022 y.

1. UMUMIY QOIDALAR

1.1 Nomi
“Shurtan GKM” MChJ zahirada turgan 3 dona ultratovushli tijoriy gaz sarfini o'lchash asboblari (Flowsic 600-XT Dn=450 mm) gaz sarfini o'lchash asboblarini Akkreditatsiya guvohnomasiga ega bo'lgan tashkilotlar xizmatidan foydalanib, metrologik attestatsiyadan o'tkazish xizmatidan foydalanish.
1.2 Mahsulotni sotib olinishidan asosiy maqsad
2022 yil 19-sentyabr kunidagi 035/18548 sonli xizmat xat
1.3 Yangiligi to'g'risida ma'lumot (i/chiqarilgan yili)
Tijoriy gaz sarfini o'lchash asboblarini Metrologik attestatsiyadan o'tkazish huquqiga ega Akkreditatsiya guvohnomasi bo'lishi kerak
1.4 Ishlab chiqarish bosqichlari/tayyorlanishi
Tijoriy gaz sarfini o'lchash asboblarini Metrologik attestatsiyadan o'tkazish O'zbekiston Davlat standartlari talablari asosida bo'lishi kerak.
1.5 Ishlab chiqarish va tayyorlash uchun hujjatlar/tayyorlanishi
O'zbekiston Respublikasi hududida amalga oshirilayotgan me'yoriy hujjatlar va qo'llanmalar

2. QO'LLANISH SOHALARI

“Shurtan GKM” MChJ zahirada turgan 3 dona Germaniyaning SIKC kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan ultratovushli tijoriy gaz sarfini o'lchash asboblari (Flowsic 600-XT Dn=450 mm) gaz sarfini o'lchash asboblarini metrologik attestatsiyadan o'tkazib, o'lchash asboblari gaz sarfini hisoblash qurulmasiga o'rnatish.

3. TEXNIK TALABLAR

3.1 Asosiy texnik talablar
1. 3 dona ultratovushli gaz sarfini o'lchash asbobi. 2. Flowsic 600-XT Dn=450 mm 3. O'lchash asbobi o'lchash chegarasi: $200 \div 20000$ Actual m^3 /soat 4. O'lchash asbobi xatoligi: Pastki sarfda: $\pm 0,5\%$; Normal sarfda: $\pm 0,1\%$; Yuqori sarfda: $\pm 0,3\%$.
3.2 Yorliqqa talablar
Xizmat rejalashtirilgan ishlar tugagandan so'ng, har bir ultratovushli sarf o'lchash asboblari uchun alohida metrologik attestatsiya sertifikatlarini taqdim etgan holda qabul qilinadi.
3.3 Sifat va qadoqlashga qo'yilgan talablar
Talab etilmaydi

4. YETKAZIB BERISH VA QABUL QILISH TALABLARI

- tekshirish tartibi uchun hujjat loyihasi; - o'lchash asboblarinig metrologik attestatsiya sertifikatlari

5. TASHISHGA TALABLAR

Talab etilmaydi

6. KAFOLAT MUDDATI TALABLARI

Talab etilmaydi



7. XAVFSIZLIK TALABLARI

O'zbekiston Respublikasi hududida amalga oshirilayotgan me'yoriy hujjatlar va qo'llanmalar asosida

8. SIFAT VA KLASSIFIKASIYA TOIFASIGA TALABLAR

Sertifikatlangan o'lchash asboblari O'zbekiston Respublikasining umum e'tirof etilgan talablari va me'yorlariga muvofiq tegishli guvohnomalariga ega bo'lishi kerak.

9. YETKAZIB BERISH MIQDORI

– 3 dona ultratovushli tijoriy gaz sarfini o'lchash asbobi.

Bosh metrolog o'rinbosari:

O. Achilov

Qiyoslash laboratoriyasi boshlig'i:

E. Tilovov

Ishonchlilikni boshqarish xizmati boshlig'i:



A. Qurbonov

MTRB xizmati muhandisi

Sh. Mixliev