


«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель экспертно –
технической комиссии

Х. Тошбоев

06 2021 г.



Техническое задание на закупку
Электронного цифрового Барометра
для нужд
Центральной заводской лаборатории
ООО «Шуртанский ГХК»

ШГХК 2021г.

Относительная погрешность: $\pm 3 \text{ hPa}$ / $\pm 5 \text{ mbar}$ / $\pm 0,1477 \text{ Hg}$;
Диапазон измерений температуры: от -10°C до $+60^\circ\text{C}$ с автоматическим переводом единиц измерений в $^\circ\text{F}$;
 Разрешение: $0,1^\circ\text{C}$;
 Относительная погрешность: $\pm 0,4^\circ\text{C}$ / $\pm 1,5^\circ\text{F}$;
Диапазон измерений влажности от 0 до 100 % (без образования росы)
 Разрешение $0,1\%$;
 Относительная погрешность $\pm 2,0 \%$;

На дисплее должно отображаться время и дата.
 Прибор должен быть оснащён жидкокристаллическим дисплеем и герметичной клавиатурой на панели управления или сенсором на жидкокристаллическом дисплее.
 Прибор должен быть простым в эксплуатации. Меню на русском или английском языках

Подраздел 4.2 Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Отсутствуют

Подраздел 4.3 Требования по надежности

Товар должен работать бесперебойно не менее 5 лет

Подраздел 4.4 Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Заменяемые части и детали должно быть легко снимаемыми и удобны для чистки

Подраздел 4.5 Требования к материалам

Материалы используемые в товаре должны соответствовать установленным нормативным документам

Подраздел 4.6 Требования к стабильности и параметрам при воздействии факторов внешней среды

Прибор должен работать стабильно при агрессивном действии паров химических веществ, газов и солнечных лучей.

Подраздел 4.7 Требования к электропитанию/энергопитанию

Отсутствуют

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Отсутствуют

Подраздел 4.9 Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным сырью/материалам, а также готовой продукции

Детали товара должны выдерживать агрессивные действия паров химических веществ, газов и солнечных лучей.

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

Маркировка должна быть в соответствии требований нормативных документов и изготовителя. В обязательном порядке в маркировке прибора должно быть указано: модель, серийный номер, дата изготовления, наименование

занимаемые ими должности, сведения о документах, подтверждающих полномочия данных лиц на участие в приемке товара, их реквизиты;
 -наименования и адреса завода-изготовителя Продавца;
 -дата и номер уведомления о вызове представителя Продавца;
 -обнаруженное несоответствие товара, его характер;
 -указание на номер договора и спецификацию;
 -наименование и маркировка товара согласно товаросопроводительным документам на соответствующую партию товара;
 -состояние тары (упаковки);
 -номер товаросопроводительного документа и сертификата качества;
 -заключение о характере выявленных дефектов товара и причина их возникновения.

Акт должен быть подписан всеми лицами, участвовавшими в приемке товара.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке оборудования

Поставщик должен предоставить сертификат качества, технический паспорт на доставляемый товар, руководство по эксплуатации, методики проверки (калибровки), информация по снятию и установке дополнительных частей прибора. Представляемые технические документы должны быть на государственном или на русском языках и продублировано на английском языке. Необходимо указать общедоступную информацию о компании производителе (сайт компании и т.д.);

Подраздел 5.3 Требования к страхованию оборудования

Поставщик обязуется доставить прибор и его части в целостности и сохранности до пункта назначения.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортная поставка: ДАР - Республика Узбекистан, Кашкадарьинская область, Гузарский район, п. Шуртан, 180300

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

В инструкции изготовителя должно быть указаны условия хранения прибора.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантия изготовителя не менее 2-х лет, в течении гарантийного срока Поставщик обязуется провести ремонт или замену прибора при его выходе из строя по причинам, не зависящим от Заказчика. Поставщик с момента получения оповещения о неисправности оборудования в течение 30 календарных дней обязан устранить выявленную неисправность.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Отсутствуют
Подраздел 17.5 Другие сопутствующие услуги
Отсутствуют

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся информация должна быть представлена на бумажных носителях.
--

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
	Отсутствуют	--

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы/Количество листов
	Отсутствуют	--

Разработал:

Инженер-химик ТСЛ



Ю. Каримов

Согласовано:

Заместитель начальника ОКП



Г. Рашидов

Заместитель главного технолога



О. Пулатов

Заместитель начальника ЦЗЛ



А. Худайбердиев